МОЙТЕНДЕР.РФ

№3240-77-238727 Поставка костылей с опорой под локоть с устройством противоскольжения

11.02.2020 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:

Вид процедуры	Аукцион
Рубрика	**Аренда**
Заказчик	ООО «Шекспир» – Рейтинг 0%
Регион	Москва
Город	Москва

Предмет договора

Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения.
Костыль должен состоять из комбинированной рукоятки, подлокотной опоры, алюминиевых трубок, износостойкой насадки и иметь одну точку опоры.
Локтевая опора костыля должна быть выполнена из нескользящего полипропилена (ПП) и иметь длину подлокотной части не менее 21 см и не более 27 см.
Локтевая опора должна иметь вырезы позволяющие скреплять костыли друг с другом для хранения и транспортировки.
Комбинированная рукоятка должна быть выполнена из полипропилена (ПП), покрытого спрессованной пробкой.
Рукоятка может иметь эргономичную форму со светоотражающим элементом в торце.
Алюминиевые трубки должны быть диаметром не менее 19 мм и не более 22 мм.
На конце костыля должен быть установлен легкосъемный наконечник округлой формы из износостойкой нескользящей резины с металлической опорной шайбой внутри, предназначенной для равномерного распределения нагрузки на все пятно контакта трубки костыля и насадки и предотвращения прорезания резины насадки трубкой костыля.
Диаметр опорной части насадки не менее 4 см.
Высота костыля должна регулироваться в диапазоне не менее 75 см - 98 см от пола до рукоятки при помощи внутреннего фиксатора.
Количество регулировок по высоте не менее 10.
Шаг регулировки высоты не должен превышать 2,5 см.
остыль должен иметь противошумовую гайку из пластика, позволяющую устранить посторонний звук в узле соединения частей изделия при его эксплуатации.
Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Вес костыля не более 800 г. без УПС.
Костыль должен комплектоваться устройством против скольжения (УПС) навесного типа, оснащенным не менее чем 5 штырями обеспечивающими надежную опору трости при эксплуатации на льду.
В комплект поставки должны входить: устройство против скольжения (УПС) навесного типа, паспорт (инструкция) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание.
1900 штук

Цена лота	2 603 000 российский рубль
Дата начала приема заявок	11.02.2020
Срок заключения договора	14.03.2020 — 15.03.2020
Дата окончания приема заявок	12.03.2020 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов	15.03.2020 / 12:00 (МСК)
Дата начала аукциона	13.03.2020 / 12:00 (МСК)
Прогнозируемая дата окончания аукциона	13.03.2020 / 13:00 (МСК)

Шаг аукциона 26 030,0 российский рубль

Документация:

1. **Договор.doc**, 0.06Mb
   https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=22532

2. **РНМЦ.xls**, 0.03Mb
   https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=22533

3. **ТЗ.docx**, 0.02Mb
   https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=22535

Вопросы и ответы:

ВОПРОС:

Здравствуйте, в ТЗ написано Объем (Еди-ница изме-рения) 2000 (Шт.)
В извещении 1900 штук.
Какое количество требуется?

> **ОТВЕТ:**
>
> Будут внесены изменения